

## ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА

от 1 юли 1982 година

относно адаптиране към техническия прогрес на  
Директива 76/765/ЕИО на Съвета относно сближаването на  
законодателствата на държавите-членки относно алкохоломерите и  
алкохолохидромерите

(82/624/ЕИО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Директива 71/316/ЕИО на Съвета от 26 юли 1971 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, отнасящи се до общите разпоредби за измерителните уреди и за методите за метрологичен контрол<sup>(1)</sup>, последно изменена с Акта за присъединяване на Гърция, и по-специално член 17 от нея,

като има предвид, че след приемането на Директива 76/765/ЕИО<sup>(2)</sup>, бяха създадени нови техники в областта на термометрите, използвани за определяне на алкохолното съдържание; като има предвид, че тази директива трябва да бъде съответно изменена;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящата директива, съответстват на становището на Комисията за адаптиране към техническия прогрес на директивите за премахване на техническите бариери в търговията с измерителни уреди,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

### *Член 1*

Текстът от раздел 9 от приложението към Директива 76/765/ЕИО се заменя с настоящото съгласно приложението към настоящата директива.

### *Член 2*

Държавите-членки приемат необходимите закони, подзаконови и административни разпоредби, за да приведат законодателство си в съответствие с настоящата директива на 1 май 1983 г. Те незабавно уведомяват Комисията за това.

---

<sup>(1)</sup> ОВ L 202, 6.9.1971 г., стр. 1.

<sup>(2)</sup> ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 143.

*Член 3*

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 1 юли 1982 година.

*За Комисията:*

Karl-Heinz NARJES

*Член на Комисията*

## *ПРИЛОЖЕНИЕ*

### 9. ТЕРМОМЕТРИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АЛКОХОЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

#### 9.1. Термометри, вградени в уредите за определяне на алкохолното съдържание

Ако уредът, използван за определяне на алкохолното съдържание, принадлежи към клас II или III, в него може да бъде вграден стъклен живачен термометър.

9.1.1. Термометърът трябва да е градуиран до 0,1 или 0,2 или 0,5 °C; върху скалата не е нужно да има отметка за 0 °C.

9.1.2. Минималната широчина на делението трябва да бъде:

0,8 мм за термометри, градуирани до 0,1 и 0,2 °C;

1,0 мм за термометри, градуирани до 0,5 °C.

9.1.3. Дебелината на линиите не трябва да бъде по-голяма от една пета от широчината на делението.

9.1.4. Максимално допустимата грешка – положителна или отрицателна - трябва да бъде:

0,10 °C, ако термометърът е градуиран до 0,1 °C;

0,20 °C, ако термометърът е градуиран до 0,2 или 0,5 °C.

9.1.5. По време на ЕИО началната проверка, грешката на вградения термометър трябва да се определи най-малко в три точки от скалата.

#### 9.2. Термометри, които не са вградени в уредите за определяне на алкохолното съдържание

9.2.1. Ако уредът, използван за определяне на алкохолното съдържание, принадлежи към клас I, той трябва да използва:

- или метално-съпротивителен термометър, даващ възможност за определяне на температурата на водно-алкохолната смес с максимално допустима грешка  $\pm 0,10$  °C,

- или стъклен живачен термометър, градуиран до 0,1 или 0,5 °C.

Живачните термометри трябва да имат отметка в 0 °C, минималното разстояние между деленията трябва да бъде 0,8 мм, а дебелината на линиите не трябва да превишава една пета от широчината на делението.

Максималната допустима грешка, положителна или отрицателна, трябва да бъде равна на един интервал от скалата.

9.2.2. Ако уредът, използван за определяне на алкохолното съдържание,

принадлежи към клас II или III, той трябва да използва стъклен живачен термометър.

9.2.2.1. Термометърът трябва да бъде градуиран до 0,1 или 0,2 или 0,5 °C. Той трябва да има отметка в 0 °C.

9.2.2.2. Минималната широчина на делението трябва да бъде:

0,8 мм за термометри, градуирани до 0,1 или 0,2 °C;

1,0 мм за термометри, градуирани до 0,5 °C.

9.2.2.3. Дебелината на линиите не трябва да бъде по-голяма от една пета от широчината на делението.

9.2.2.4. Максимално допустимата грешка трябва да бъде:

$\pm 0,10$  °C, ако термометърът е градуиран до 0,1 °C;

$\pm 0,20$  °C, ако термометърът е градуиран до 0,2 или 0,5 °C.