

ДИРЕКТИВА 2005/6/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 26 януари 2005 година

за изменение на Директива 71/250/ЕИО по отношение на отчитането и
тълкуването на резултатите от анализа, изискван по Директива 2002/32/ЕО

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 70/373/ЕИО на Съвета от 20 юли 1970 г. относно
въвеждане на методи на Общността за анализ за целите на официалния контрол на
храните за животни¹, и по-специално член 2 от нея,

като има предвид, че:

(1) Директива 71/250/ЕИО на Комисията от 15 юни 1971 г. относно въвеждане на
методи на Общността за анализ за целите на официалния контрол на храните за
животни², съдържа разпоредби, отнасящи се до представянето на резултатите.

(2) от изключително голямо значение е аналитичните резултати да бъдат
представени и тълкувани по еднакъв начин, за да гарантират хармонизирано
прилагане на Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7
май 2002 г. за нежеланите вещества в храните за животни³ във всички държави-
членки.

(3) следователно Директива 71/250/ЕИО следва да се измени.

(4) мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със
становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на
животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 71/250/ЕО се изменя, както следва:

1. В член 1 след втория параграф се добавя следният параграф:

¹ ОВ L 170, 3.8.1970 г., стр. 2. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 807/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 36).

² ОВ L 155, 12.7.1971 г., стр. 13. Директива, последно изменена с Директива 1999/27/ЕО на Комисията (ОВ L 118, 6.5.1999 г., стр. 36).

³ ОВ L 140, 30.5.2002 г., стр. 10. Директива, последно изменена с Директива 2003/100/ЕО на Комисията (ОВ L 285, 1.11.2003 г., стр. 33).

„По отношение на нежеланите вещества по смисъла на Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(*) включително диоксините и диоксиноподобни PCBs, прилага се буква В, точка 3 от част 1 от приложението към настоящата директива.

(*) ОВ L 140, 30.5.2002 г., стр. 10.”

2. Приложението се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1. Държавите-членки въвеждат в сила законодателните, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се приспособят към настоящата директива дванайсет месеца след влизането ѝ в сила. Те съобщават незабавно на Общността текста на тези разпоредби, заедно с таблица за съответствие между тези разпоредби и разпоредбите на настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, последните съдържат позоваване на настоящата директива или то се извършва по време на официалното им публикуване. Условието и редът на това позоваване се определят от държавите-членки.

2. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от вътрешното право, които приемат в областта, регламентирана от настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двайсетия ден след деня на публикуването ѝ в *Официалния вестник на Европейския съюз*.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 26 януари 2005 година.

За Комисията:
Markos KYPRIANOU
Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ

Следната точка 3 се добавя към буква В) „Приложение на методите за анализ и представяне на резултатите”, от част 1 „Общи разпоредби относно методите за анализ на храните за животни” от приложението към Директива 71/250/ЕИО:

„3. По отношение на нежеланите вещества по смисъла на Директива 2002/32/ЕО, включително диоксините и диоксиноподобни PCBs, даден продукт, предназначен за храни за животни, се счита за несъответстващ с установеното максимално съдържание, когато резултатът от анализа е винаги по-висок от това максимално съдържание, като се вземат предвид грешката при измерването и корекцията при възстановяването. Аналитичният резултат, коригиран с възстановяването, от който се изважда грешката при измерването, се използва, за да се определи съответствието на продукта. Това правило на тълкуване е приложимо единствено в случаите, когато методът за анализ позволява оценка на грешката при измерване и на корекцията при възстановяване (например, не е възможно при микроскопски анализ).

Аналитичният резултат се представя, както следва (когато използваният метод за анализ позволява да се определи грешката при измерване и степента на възстановяване):

а) коригиран или некоригиран с възстановяването, като са посочени начинът на представяне на резултата и степента на възстановяване;

б) под формата на „ $x \pm U$ ”, където x е аналитичният резултат, а U грешката при измерване, изчислена с помощта на коефициент на покритие 2, който дава ниво на доверие около 95%.”